



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



Movable monitor shelves
Hareket ettirilebilir monitör rafları



Movable I.V. Pole
Hareket ettirilebilir serum askısı

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

DETAILS / DETAYLAR

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- 850°C incandescent wire tested (EN 60695-2-11)
- European rules for caring centers lighting
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- 850°C akkor tel testi (EN 60695-2-11)
- Bakım merkezleri aydınlatması için Avrupa kuralları
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016

